



Certificazione
a Valenza
Internazionale



Organismo Di Certificazione Notificato

Quality System Technical Certificate

**ALLEGATO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO - n. 2006081-3213-FA020
ECERTIFICAZIONE DI PRODOTTO MARCHIO CE n. 2006081-FA020**

HUNAN KANGDU PHARMACEUTICAL Co. Ltd.

Changfeng Industrial Park, Yongzhou Economic Development Zone
Intersection of Lingling South Road and Chengnan Avenue
Tel: (+86) 13187111073 – Fax: (+86) 07463256788 – Registration number: 431121000008448
E-mail: 635189915@qq.com - WEB: www.kangare.com

Caratteristiche complete del prodotto

MASCHERINA KN95 RESPIRATOR - FFP2

Mascherine KN95 Certificate, efficienza filtrante 95% con filtro FFP2 dalle particelle.
Materiale: strati di tessuto non tessuto di fibra di polipropilene con 5 strati senza valvola.


Colore: bianco

Elastici: garantiscono il fissaggio della mascherina (latex free – PVC free)

Barretta stringinaso ergonomica in alluminio

Durata di vita: 3 anni dalla data di fabbricazione

Conforme allo Standard: EN149: 2001 + A1: 2009 e alla direttiva 2016/425/EU



Responsabile Ufficio Tecnico
Ing. Carlo Alberto Della Torre

Presidente
Dr. Alessandro Felloni

Istituto Italiano Certificazione Qualità

Atto di significazione alla PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 4841/ESP del 01.03.1996

Presidenza: Via Nizza, 69 - 10123 Torino (To) - Ufficio Tecnico: Via Benvenuto Cellini, 21 - 10126 Torino
P.IVA: 03151560012 - CCIAA Torino: TO-738623 - Tel. (+39) 011 6633700 - (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886
PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it - www.iicq.net - www.dotiicq.eu
E-mail: info@dotiicq.eu - certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com -